

	KOTER KULLANIM TALİMATI	Doküman No	AML.TL.14
		Yayın Tarihi	01.07.2009
		Rev. No	00
		Rev. Tarihi	-
		Sayfa No	2/1

Hazırlayan	İnceleyen	Onaylayan
Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim

1. AMAÇ

Koter cihazı kullanılırken gerekli güvenlik önlemlerini alarak hastada oluşabilecek yanık riskini ortadan kaldırmak için yöntemleri tanımlamaktır.

2. KAPSAM

Ameliyathane hemşireleri ve yardımcı sağlık personeli tarafından operasyonda kullanılacak olan koter hazırlığı, kullanımı ve kapatılması işlemlerini, Cerrahlar, ameliyathane hemşireleri ve ameliyathane yardımcı personelleri kapsar.

3. TANIMLAR

Özel bir tanım yoktur.

4. UYGULAMA

4.1. KULLANILAN CİHAZ / MALZEMELER

Koter cihazı, koter plağı ve koter kalemi

4.2. Hasta odaya gelmeden önce salon sorumlu hemşiresi çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Ameliyathane Salonu Aylık Hemşire Kontrol Formu'na kaydeder. Cihazda bir arıza olduğu anlaşılırsa ameliyathane sorumlu hemşiresine haber verilir. Odaya sağlam koter cihazı getirilir.

4.3. Metal içeren her türlü takı, giysi ve aksesuarlar çıkarılır.

4.4. Salon sorumlu hemşiresi / personel tarafından hastanın ameliyat olacağı bölgeye göre koter plağı uygun alana (bacak veya kalçaya) yerleştirilir. Koter plağının sağlamlığından emin olunur.

4.5. Plağın yerleştirildiği bölge tüylü, kirli veya yaralı olmamalıdır.

4.6. Plağın yerleştirildiği bölge düzgün olmalı ve plak cilde tam temas ettirilmeli, arada boşluk olmamalıdır.

4.7. Koter plağı yerleştirildikten sonra kordon ve cihaz ile bağlantıları yapılır. Scrub hemşire tarafından koter kalemi (kordona kıvrım yapmadan) tesbit edildikten sonra cihazla bağlanacak kısmı salon sorumlu hemşiresi ve yardımcı personeli tarafından kalemin cihazla bağlantısı yapılır.

4.8. Koter kablosunda aşınma ve soyulma varsa olası elektrik kaçağını önlemek için kullanılmaz.

4.9. Salon sorumlu hemşiresi tarafından koter pedalı kontrol edilir, cihazın açma düğmesine basılır, cihaz kendini test ettikten sonra çalışıyor ise sirküle hemşire gözetiminde ameliyathane yardımcı sağlık personeli tarafından pedal kullanacak cerrahın ayağına verilir. bu madde laparoskopi cihazının koter kullanımı içinde geçerlidir.

4.10. Sirküle hemşire/yardımcı personel tarafından koter derecesi hekim istemine göre ayarlanır.

4.11. Olası elektrik kaçağını önlemek için cerrahi ekibin eldivenlerinde delik olup olmadığı scrub hemşire tarafından kontrol edilir. Delik varsa eldivenler değiştirilir.

4.12. Cihazın işi bitince sirküle hemşire/yardımcı personel tarafından koterin derecesi {0} lanır ve cihaz kapatılır. Kordonlar cihazdan ayrılır.

4.13. Koter cihazı hastadan uzak bir köşeye emniyeti sağlanarak yerleştirilir.

4.14. Ameliyathane yardımcı sağlık personeli tarafından koter, pedalı ve kordonları antiseptik solüsyonla nemlendirilmiş bezle temizlenir, kordonlar katlanmadan yerine yerleştirilir.

	KOTER KULLANIM TALİMATI	Doküman No	AML.TL.14
		Yayın Tarihi	01.07.2009
		Rev. No	00
		Rev. Tarihi	-
		Sayfa No	2/2

4.15.Koter plağını yerleştirme ve çıkarma işi, kordon bağlantılarını sağlama ve ayırma dereceleri yükseltip azaltılma, cihazı açıp kapatma işi salon sorumlu hemşiresi veya ameliyathane yardımcı hizmetlisi tarafından yapılır.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

AML.FR.06 Ameliyathane Salonu Aylık Hemşire Kontrol Formu