



LABORATUVAR HATA VE GÖSTERGE İZLEM FORMU

Dokuman No	BİY.FR.08
Yayın Tarihi	25.09.2009
Rev.No	01
Rev.Tarihi	09.09.2016
Sayfa No	2/1

İLGİLİ SÜREÇ		HATALI İŞLEM	
Ana Parametre	Birincil Kod	Ana Parametre	Birincil Kod
Preanalitik		Hatalı test istemi	
Analitik		Test isteminde eksik/yanlış bilgi	
Postanalitik		Patoloji istek formunun düzenlenmemesi	
YER		Kayıtsız numune	
Ana Parametre	Birincil Kod	Hatalı kayıt	
Klinik		Yanlış hastadan numune alınması	
Yoğun Bakım Ünitesi		Hatalı kimliklendirilmiş numune	
Acil Servis		Kaybolan numune	
Poliklinik		Tekrar alınan numune	
Ameliyathane		Hatalı numune kabı/tüpü	
Kan Alma Ünitesi		Boş numune kabı/tüpü (içinde numune yok)	
Numune Kabul Birimi		Son kullanma tarihi geçmiş tüplere numune alınması	
Laboratuvar			
Diğer		Barkodsuz numune	
Kişi		Hastadan numune alınmaması nedeni ile kaydın iptal edilmesi	
Ana Parametre	Birincil Kod		
Doktor		Uygunsuz alınmış numune	
Hemşire		Yetersiz numune	
Stajer		Hemolizli numune	
Teknisyen		Pıhtılı numune	
Tıbbi Sekreter		Lipemik numune	
Transfer Elemanı		İkterik numune	
Diğer Personel		Numunenin fiksatif içinde gönderilmemesi	
Hasta		Numune alma zamanının kaydedilmemesi	
Hasta Yakını		Laboratuvara teslim edilmeyen numune	
Bilinmiyor		Uygunsuz transfer koşulları	
ZAMAN		Belirlenen maksimum numune transfer süresinin aşılması	
Ana Parametre	Birincil Kod		
00:00-04:00		Numunelerin karışması	
04:00-08:00		Reddedilmesi gereken numunenin kabulü	
08:00-12:00		Otomasyon arızası	
12:00-16:00		Uygun saklanmış numune	
16:00-20:00		Miadı geçmiş kit tespiti	
20:00-23:59		Miadı geçmiş malzeme tespiti	
Bilinmiyor		İsteği yapılan malzeme/kit gelmemesi	
		Yanlış malzeme/kit gelmesi	
		Malzeme transferinin uygun şartlarda yapılmaması	
		Mazlemenin uygun koşullarda saklanmaması	
		Laboratuvar ortam ısısının uygunsuzluğu	



LABORATUVAR HATA VE GÖSTERGE İZLEM FORMU

Dokuman No	BİY.FR.08
Yayın Tarihi	25.09.2009
Rev.No	01
Rev.Tarihi	09.09.2016
Sayfa No	2/2

HATALI İŞLEM

Ana Parametre	Birincil Kod
Cihaz bakımlarının yapılmaması	
Besiyerinin uygun hazırlanmaması	
Cihaz arızası	
Cihaz pipetasyon hatası	
Numunenin yetersiz homojenizasyonu	
Test çalışma prosedürlerine uyulmaması	
Ekim hataları	
Dış kalite kontrol çalışmalarında uygunsuzluk	
Uygunsuz kalite kontrol sonucu ile çalışılması	
İç kalite kontrol çalışılmaması	
Uygunsuz inkübasyon sıcaklığı	
Uygunsuz inkübasyon süresi	
Uygunsuz boyama tekniği	
Uygunsuz dilüsyon	
Uygunsuz solüsyon kullanılması	
Sonucun yanlış değerlendirilmesi	
Hatalı teknik onay	
Sonuçların sisteme hatalı girilmesi	
Hatalı rapor	
Hasta raporlarının kaybedilmesi	
Zamanında verilmeyen sonuç	
Panik değer geç bildirilmesi	
Diğer	

AÇIKLAMA:

Olayı Tespit Eden

Adı Soyadı:

Görevi:

Doğrulayan

Adı Soyadı:

Görevi: