



# LABORATUVAR TIBBİ CİHAZ BAKIM VE KALİBRASYON PLANI

Dokuman No:	BIY.PL.01
Yayın Tarihi:	06.11.2013
Rev.No:	02
Rev.Tarihi:	20.06.2016
Sayfa No:	1/1

Hazırlayan		İnceleyen			Onaylayan			
Laboratuvar Teknikeri		Kalite Yönetim Direktörü			Başhekim			
CİHAZ ADI	MARKASI	HER SABAH	HER HAFTA	KİT DEĞİŞİMİNDE	AYDA BİR	3 AYDA	6 AYDA	YILDA BİR
NA-K-KL CİHAZI	EASLYTE PLUS	Kalibr./Bakım					Kalibr.Bakım	
KAN SAYIM CİHAZI	SWELAB	Kalibr./Bakım					Kalibr.Bakım	
HORMON CİHAZI	BIOMERIEUX	Bakım		Kalib.Kontrol			Kalibr.Bakım	
BIYOKİMYA ANALİZÖRÜ	PRESTİGE 24İ	Kalibr./Bakım		Kalib./Bakım			Kalibr.Bakım	
SEDİMENTASYON CİHAZI	LİNEAR	Bakım					Kalibr.Bakım	
BİLÜRİBİNMETRE	OPTİMA	Bakım					Kalibr.Bakım	
GLUKOMETRE	RHEOMED	Bakım			Kontrol	Kalibrasyon		
GLUKOMETRE	RHEOMED	Bakım			Kontrol	Kalibrasyon		
GLUKOMETRE	RHEOMED	Bakım			Kontrol	Kalibrasyon		
GLUKOMETRE	RHEOMED	Bakım			Kontrol	Kalibrasyon		
GLUKOMETRE	RHEOMED	Bakım			Kontrol	Kalibrasyon		
KUAGULASYON	STAGO	Bakım	Kalib.Kontrol				Kalibr.Bakım	
KAN SANTRİFÜJ CİHAZI	NÜVE	Bakım						Kalibr.Bakım
İDRAR SANTRİFÜJ CİHAZI	NÜVE	Bakım						Kalibr.Bakım
HCT-SANTRİFÜJÜ	NÜVE	Bakım						Kalibr.Bakım
MİKROSKOP		Bakım						Bakım
SU ARITMA SİSTEMİ	EKOPRO	Bakım						Kalibr.Bakım
OTOMATİK PİPET	SOCOREX	Bakım						Kalibr.Bakım
OTOMATİK PİPET	SOCOREX	Bakım						Kalibr.Bakım
OTOMATİK PİPET	SOCOREX	Bakım						Kalibr.Bakım
TERMOMETRE	TM-001	Bakım					Kalibr.Bakım	
TERMOMETRE	TM-002	Bakım					Kalibr.Bakım	
TERMOHİDROMETRE	TM-012							Kalibr.Bakım
TIBBİ AMAÇLI BUZDOLABI	İNDESİT	-----						Kalibr.Bakım