

	LABORATUVAR TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON TALİMATI	Doküman No	BİY.TL.14
		Yayın Tarihi	01.07.2009
		Rev. No	00
		Rev. Tarihi	
		Sayfa No	2/1

Hazırlayan	İnceleyen	Onaylayan
Enfeksiyon Kontrol Komitesi	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim

1.AMAÇ

Bu talimatın amacı hastanemiz laboratuvarlarının dezenfeksiyon işlemlerinin belirlenmesi ve enfeksiyon yayılımının önlenmesidir.

2.KAPSAM

Bu talimat hastanemizdeki laboratuvarlarda yapılacak temizlik işlemlerini, laboratuvar çalışanları, temizlik personeli ve enfeksiyon kontrol komitesi kapsar.

3.TANIMLAR

Özel bir tanım yoktur.

4.UYGULAMA

4.1.Temizlik 08.00-15.00saatlerinde ve gerektiğinde yapılır. Temizliği yaparken aşağıdakilere dikkat edilir.

- Temizlik toz kalkmayacak şekilde ve her zaman temiz alandan kirli alana doğru yapılır.
- Temizlik hareketlilik başlamadan önce, mesai bitiminde ve kirlendikçe yapılır.
- Toz kaldıracak kuru süpürme,s ilkeleme yapılmaz.Özel alanlar ve durumlar dışında laboratuvar döşeme ve zeminleri su ve deterjanla temizlenir. Tezgahlar, pipetörler, mikroskoplar, güvenlik kabinleri1/10 çamaşır suyuyla temizlenir.
- Temizlikte kullanılan kova, paspas ve bezler başka alanda kullanılmaz.

4.2. "**Eİ Hijyeni Ve Eldiven Kullanım Talimatı**"na uygun olarak non-steril eldiven giyilir. Tıbbi atıklar "**Atık Yönetim Prosedürü**" göre toplanır.

4.3.Çöp kovaları görünür kir varlığında hemen, periyodik olarak da haftada bir kere %10 luk çamaşır suyuyla yıkanıp durulanır.Atık kovaları enfeksiyon materyalle kontamine olduysa%10 luk çamaşır suyuyla dezenfekte edilir.

4.4. Çöp kovalarına atık türüne göre belirlenen çöp poşetini geçirilir.

4.5.Lavabolar,tezgahlar ve masalar ayrı bez ve %10 luk çamaşır suyuyla günlük temizlenir.

4.6.Tüm yüzeyleri (Cam, kapı, kapı tokmağı, pencere önleri, radyatörler, yemek masası, sandalye vb.) ve zemini birime ayrılmış bez ve paspası kullanarak deterjanlı su ile silip, kurulanır.

4.7.Cihazlar ilgili temizlik talimatına uygun olarak temizlenir.

4.8.Oda zemininin temizliği, eşyaların altları da dahil olacak şekilde ve kapıya doğru paspasla, su ve deterjan kullanılarak yapılmalıdır.

4.9.Dezenfeksiyon için,%10'luk çamaşır suyu veya klor tabletle hazırlanmış solüsyon ile temizlenir.

4.10.Kovalardaki su boşaltılır, bezler ve paspas temizlenir.

4.11.Temizlik bittikten sonra eller "**Eİ Hijyeni Ve Eldiven Kullanım Talimatı**"na uygun olarak yıkanır.

4.12.Kan ve vücut sıvıları ile kirlenme durumunda, "**Hastane Temizlik Prosedürü**"ne göre temizlik yapılır.

4.13.Malzeme deposunun zemini haftalık olarak deterjanlı suyla temizlenir.

4.14.Buzdolapları ve laboratuvar dolapları deterjanlı suyla ve uygun bezle temizlenir.

4.15.Klima filtreleri teknik servis elemanları tarafından temizlenir.

4.16. Yapılan işlemler "**Laboratuvar Temizlik Kontrol Formu**" na kaydedilir.

	LABORATUVAR TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON TALİMATI	Doküman No	BİY.TL.14
		Yayın Tarihi	01.07.2009
		Rev. No	00
		Rev. Tarihi	
		Sayfa No	2/2

5.İLGİLİ DOKÜMANLAR

ATK.PR.01 Atık Yönetim Prosedürü

ENF.TL.02 El Hijyeni Ve Eldiven Kullanımı Talimatı

ENF.PR.05 Hastane Temizlik Prosedürü

BİY.FR.12 Laboratuvar Temizlik Kontrol Formu