

	KURŞUN YELEK VE DİĞER RADYASYON KORUYUCULARIN KONTROL TALİMATI			
Dokuman No: GÖR.TL.01	Yayın Tarihi: 01.07.2009	Rev.No:01	Rev.Tarihi: 26.07.2021	Sayfa No:1/1

Hazırlayan	İnceleyen	Onaylayan
Radyoloji Teknikeri	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim

1.AMAÇ

Kullanılmakta olan kurşun yeleklerin ve diğer radyasyon koruyucuların kırılma, katlanma gibi hasar görmemeleri için uygun bir biçimde korunmasını sağlamaktır.

2. KAPSAM

Kurşun yeleklerin ve diğer kurşun koruyucuların (gonat koruyucu, troid koruyucu, kurşun eldiven vb) nasıl ve ne zaman kontrol edileceğini Radyoloji Uzmanı ve Radyoloji Tekniker/Teknisyenleri ile ameliyathane çalışanlarını kapsar.

3. TANIMLAR / KISALTMALAR

Özel bir tanım yoktur.

4.UYGULAMA

4.1. Kullanılan Cihazlar / Malzemeler

- Röntgen cihazı ve/ veya Skopi cihazı
- Kurşun yelek

4.2. Radyoloji ve ameliyathane sorumlusu kurşun yeleklerin kırılma, katlanma gibi hasar görmemeleri için kurşun yelekleri uygun bir biçimde asılarak korunmasını sağlar. Radyasyon uygulaması yapılan birimlerde kurşun yeleklerin yılda 2 kez kontrolü yapılır.

4.3.Kurşun koruyucular önce fiziksel olarak hasar kontrolü yapılır.

4.4.Kurşun yelekler mevcut olan en büyük ebatla kasete tüm alanları kasete X ışını ile görünür hale getirilebilecek şekilde direk grafi çekimleri yapılır veya uygun bir durumda Radyoloji Uzmanı gözetiminde skopi altında incelenir.

4.5. Grafi sonuçları radyoloji uzmanı tarafından değerlendirilir. Uygunluk verilen kurşun koruyucuların kullanımına devam edilir. Hasarlı olanlar kullanımdan kaldırılır, yeni kurşun koruyucu talep edilir.

4.6.Birim sorumlusu Kurşun yelek inceleme sonuçlarını "Kurşun Yelek Yıllık Kontrol ve Takip Formu"na kaydeder. Radyoloji uzmanı formu imzalar.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR:

GÖR.FR.03 Kurşun Yelek Yıllık Kontrol ve Takip Formu